

LINET



reddot design award
winner 2011



Mesa de instrumental GRACIE

INSTRUCCIONES DE DESENBALAJE
INSTRUCCIONES PARA EL USO



D9U01IT0-0105

Version: 03

Fecha de publicación: 2026-03

Productor:

L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
274 01 Slaný
República Checa

Tel.: +420 312 576 111
Fax: +420 312 522 668

Correo electrónico: info@linet.cz
<http://www.linet.com>
Departamento de servicio técnico: service@linetgroup.com

LINET

Mesa de instrumental GRACIE

Autor: L I N E T spol. s r.o.
Enlaces relacionados: www.linet.com

D9U001IT0-0105

Versión: 03
Fecha de publicación: 2026-03

Copyright © L I N E T spol. s r.o., 2026
Traducción © L I N E T spol. s r.o., 2026
Todos los derechos reservados.

Todas marcas comerciales y las marcas son la propiedad privada de los propietarios pertinentes. El productor tiene el derecho exclusivo para hacer cambios en el contenido de este documento, los que requiere el producto técnicamente. Por eso el contenido de este manual puede estar diferente de la producción actual.

Indice

Introducción.....	4
1 Instrucción de desenbalaje	7
2 Lista de los modelos básicos.....	8
3 Instrucciones generales	10
3.1 Seguridad general	10
3.2 Normas.....	11
3.3 Seguridad eléctrica y EMC	11
4 Uso	12
4.1 Ajuste de la mesa de instrumental	12
4.2 Partes individuales de la mesa de instrumental	12
4.2.1 Recipiente superior	12
4.2.2 Mando del calentamiento	14
4.2.4 Los botes.....	15
4.3 Lugares con peligro de lesiones.....	18
5 Obligatorio selección de accesorios	19
5.1 Plástico Slip (DB-GKB-067-12-03)	19
5.2 Slip de metal (DB-GKB-067-46)	19
5.3 Superficie de manipuleo de instrumentos (SB-GKB-067-52 Izquierda / SB-GKB-067-53 Derecha)	20
6 Accesorios adicionales.....	21
6.1 Cesto de alambre de acero no oxidable (110GKB067480)	21
6.2 Botella de cuello ancho con tapa (4BCMGKB0675100).....	21
6.3 Bandeja instrumental, acero inoxidable (110GKB194000).....	21
6.4 Recipiente de acero inoxidable para los espejos (110GKB067440).....	22
7 Mantenimiento	23
7.1 Los parámetros técnicos básicos	23
7.2 Etiquetas de serie con UDI.....	24
7.3 Limpieza y desinfección	25
7.4 Almacenaje.....	27
7.5 Servicio y reparos.....	28
8 Protección del medio ambiente	29
8.1 Liquidación	29
8.1.1. Dentro del marco de Europa	29
8.1.2 Fuera de Europa	30

Introducción

Lea por favor estas instrucciones para el uso que han sido creadas para introducirle el empleo correcto y parámetros correspondientes del prototipo de la mesa de instrumental. Actúe por favor siempre siguiendo los procedimientos de estas instrucciones y use el aparato siempre conforme a estos procedimientos.

Guarde estas instrucciones de manejo cerca del producto durante todo el tiempo de su servicio. Cada persona que maneje con el producto debe leer y conocer estas instrucciones.

Las informaciones particularmente importantes están marcadas en estas instrucciones por los siguientes símbolos:

Logo	Significado
	Marca de conformidad con la legislación de la UE
	Marca de la institución certificadora para los sistemas de gestión de la calidad
	Marca de la institución certificadora para los sistemas de gestión de la calidad

Pictograma	Significado
	Aviso
	Aviso: Tensión eléctrica peligrosa
	Este símbolo introduce toda la información que le ayudará a impedir dificultades de operación
	Número de producción
	Número de referencia (tipo del producto que depende de la configuración)
	Marcado EAC
int x/y	Marca de operación intermitente, es decir si el producto está en operación durante el período „x“, a continuación no debe estar en operación durante el período „y“. Por ejemplo int 10 / 20 significa que después de 10 minutos del uso / manipulación continuos el producto no se debe usar / manipular con él durante el período de 20 minutos.
IP X #	Protección de construcción contra el ingreso de agua, contacto peligroso e ingreso de objetos ajenos.
 = kg	Carga de operación segura
 = kg	Carga por paciente segura
	Productor
	Fecha de producción
	Siga las instrucciones de uso


	Equipotencialidad
	Marca en el embalaje: "Mantener seco"
	Marca en el embalaje: "Frágil"
	Marca en el embalaje: "No ladear"
	Limitación de temperatura
	Marca de transporte. Símbolo para "humedad relativa del aire"
	Marca de transporte. Símbolo para "presión del aire"
	Marca conforme a la directiva ES 2002/96/ES (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Símbolo para "No liquidar el producto en los puntos de recolección de residuos eléctricos."

Abreviatura	Significado
REF	Número de catálogo
LED	Diodo emisor de luz
VA	Unidad de potencia de entrada
hPa	Unidad de presión
ČSN	Marca protegida de normas estatales checas técnicas
Hz	Unidad de frecuencia en el sistema SI
EMC	Compatibilidad electromagnética
VF	Alta frecuencia
ME	Equipo medicinal
CISPR	Comisión Internacional de Interferencias de Radio

Si tiene más preguntas, contacte por favor directamente al productor
L I N E T spol. s r.o..

1 Instrucción de desenbalaje

Las cajas deben ser desechadas. Deseche la caja según las reglas vigentes en su país.




De recipiente para espejos usados quitar el cable de alimentación (solamente el modelo SB-GKB-167). También una caja con botellas. (accesorios 4BCMGKB0675100) (Dbj. 1) a titular de acero inoxidable (Dbj. 2), que se instala en las ranuras marcadas.

Dbj. 1




Dbj. 2



2 Lista de los modelos básicos

Mesa con placa térmica de utensilios (SB-GKB-167)	Mesa de utensilios (SB-GKB-169)
Recipiente con placa térmica de los espejos ginecológicos de metal (1unidad) 	Recipiente sin placa térmica de los espejos ginecológicos de metal (1unidad) 
Cubo de basura (2 unidades)	Cubo de basura (2 unidades)
Recipiente para los espejos usados (1unidad)	Recipiente para los espejos usados (1unidad)
Bote de acero inoxidable (4 unidades)	Bote de acero inoxidable (4 unidades)
Soporte de acero inoxidable para las botellas (1unidad.)	Soporte de acero inoxidable para las botellas (1unidad)
Baranda (1unidad)	Baranda (1unidad)
Rueda de manipulación (4unidades)	Rueda de manipulación (4unidades)
Equipamiento eléctrico – transformador universal 100 V, 120 V, 230 V	



3 Instrucciones generales

El funcionamiento de la mesa de instrumental se permite sólo en áreas que cumplen con condiciones de las normas para la distribución eléctrica en sitios para usos médicos. Según la directiva del Consejo 93/42/ES en su versión vigente y las leyes nacionales correspondientes solamente una persona con calificación correspondiente puede manejar con el producto.



3.1 Seguridad general

- Cuide que los accesorios estén bien fijados (mangos apretados etc.).
- No haga desmontaje ni reparos no cualificados de ninguna parte del producto
- ¡Cambios de construcción reservados!
- En la inmediaciones de la mesa no se deben poner ningunos objetos ya que podrían haber colisiones.
- Nunca utilice accesorios que no sean originales. Cada accesorio original lleva una etiqueta original con el nombre y la marca del fabricante, el número de serie o la identificación del lote, la fecha de fabricación.

Modo de extinción



Advertencia: Atención

¡Contaminada la piel con CO₂, hay peligro de lesiones por congelación!
No use el extintor de halotrón en locales cerrados sin ventilación - ¡peligro de daño a su salud!

El producto sanitario está registrado como Equipo eléctrico bajo tensión, es decir, el incendio se puede liquidar con un extintor admitido en adelante.

Apto	¡No se debe usar!
Extintor de polvo	Extintor de espuma
Extintor de nieve (CO ₂)	Extintor de agua
Extintor de halotrón	

3.2 Normas

Este producto cumple con los requisitos de las normas en vigor ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007. Como el equipo se alimenta de la red, puede producirse la interferencia de aparatos sensibles por la influencia del campo electromagnético. Para evitar lo máximo el riesgo de indeseables influencias electromagnéticas, la mesa fue fabricada de acuerdo con la norma ČSN EN 60601-1-2. Para prever estos problemas hay que usar la mesa de acuerdo con este manual.



3.3 Seguridad eléctrica y EMC

- Con la messa pueden manipular solamente expertos sanitarios.
- La messa puede causar interferencias, lo que pueda afectar el funcionamiento de los dispositivos cercanos. Puede ser necesario tomar medidas para mitigar el efecto como, por ejemplo, cambiar la orientación, trasladarlo o protegerlo con una pantalla.
- La messa debe ser instalada y puesta en marcha de acuerdo con la información de EMC, mencionada en la documentación adjunta. La instalación de desacoplamiento portátil, móvil y de AF puede afectar el dispositivo médico eléctrico.

Instrucciones y declaración del fabricante - radiación electromagnética		
La messa está diseñada para el uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario debe garantizar que se utilice en dicho entorno.		
Radiación de alta frecuencia CISPR 11	Grupo 1	La messa utiliza la energía de alta frecuencia solamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, su radiación de alta frecuencia es muy baja y no es probable que cause interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Radiación de alta frecuencia CISPR 11	Clase A	La messa es adecuada para el uso en todos los establecimientos que no sean de hogar y aquellos lugares que estén conectados directamente a la red eléctrica pública de baja tensión que suministre a edificios utilizados para fines residenciales.
Radiación armónica IEC 61000-3-2	No es aplicable	
Tensión variable / radiación intermitente IEC 61000-3-3	No es aplicable	

4 Uso



Como función indispensable se considera es la parte adicional de la silla de exploración Gracie.

La mesa de instrumental incluye una mesa para instrumentos, cubos de basura, un recipiente para espejos y recipiente para espejos usados.


4.1 Ajuste de la mesa de instrumental



La mesa de instrumental sirve originalmente para transporte dentro del consultorio, no se recomienda atravesar lugares elevados (umbrales etc.)

Las ruedas traseras están fijadas directamente sin frenos.

Ajustamos la silla mediante 4 ruedas de las cuales 2 (delanteras) son giratorias alrededor de su eje para manipulación más fácil. Después del ajuste fijamos la mesa de instrumental por los frenos en cada rueda.



4.2 Partes individuales de la mesa de instrumental

4.2.1 Recipiente superior

Sirve para espejos plásticos / metálicos ginecológicos espejos. El recipiente se cierra con una tapa superior.




La parte interior de la cubierta contiene de serie una hoja reflectante que al médico sentado le facilita ver los espejos ginecológicos preparados y otros instrumentos en el recipiente. El recipiente superior funciona con bisagras de fricción que permiten un ajuste continuo de la cubierta a cualquier posición fija.



Una parte del modelo SB-GKB-167 es el equipo opcional que incluye una manta del recipiente superior que sirve para precalentamiento de espejos ginecológicos metálicos. Después de desenchufar el conector, es posible sacar la almohadilla de transferencia de calor.



4.2.2 Mando del calentamiento



Avisos de error

Descripción del problema	Posible causa	Acción del personal de servicio calificado
Parpadeo de 4LED	Almohadilla defectuosa o desenchufada	Enchufar o cambiar



La temperatura indicada del calentamiento de la mantita es indicativa. La temperatura puede ser influida por las condiciones ambientales, la manera de usarla y la cantidad de instrumentos puestos encima. La temperatura de los instrumentos puestos también influye si la puerta del espejo de la mesa está cerrada o abierta. La intensidad de la influencia del calor a los instrumentos depende de la distancia de la fuente de calor, sin embargo, no debería superar los 42 ° C. Se aplica solo a la versión SB-GKB-167.

4.2.3 Estanterías y botes para instrumentos y material




Los cubos de basura no están diseñadas para líquidos. Para este propósito utilizo el recipiente trasero para espejos.

Los cubos de basura se pueden abrir agarrando el mango superior por la mano cubo de basura, o pisando el pedal con un pie. El cubo de basura izquierdo tiene volumen de 18 l de la perspectiva del médico y el derecho tiene 13 l.




4.2.4 Los botes

Desmontables de acero inoxidable facilitan organización de pinces y cepillos



En el espacio entre los botes hay un espacio para colocar por ejemplo una caja con guantes. La estantería integrada sirve también como soporte de botes. (4BCMGKB0675100). También puede servir para dejar los utensilios o materiales según las necesidades y costumbres de cada uno.



4.2.5 El recipiente trasero para espejos usados

Dentro del recipiente hay una cesta de alambre (110GKB067480) para sacar fácilmente los espejos usados. Antes del uso vertemos en el recipiente una solución desinfectante pero sólo hasta la línea que indica el nivel máximo de la solución dentro del recipiente. Encima del cubo derecho, el más pequeño (de la perspectiva del médico), hay abertura para insertar los espejos usados (DB-GKB-067-12-03 Deslizadera de plástico / DB-GKB-067-46 Deslizadera de metal).



Extracción de todo el recipiente

La puerta trasera de la mesa de instrumental se abre al empujar el botón rojo siguiendo la flecha. Agarramos el recipiente por los huecos para esto determinados y lo extraemos de la parte trasera de la mesa de instrumental siguiendo la flecha (hacia si mismo). En caso de agarrar el recipiente de otra forma hay peligro de lesiones de las manos y de verter la solución desinfectante del recipiente.



Escurrimiento de los espejos

La construcción del cesto de alambre facilita que se cuelgue el cesto sobre el recipiente plástico para el tiempo necesario para dejar los espejos usados escurrir de la solución. El cesto de alambre se cuelga sobre el recipiente por asas como se puede ver en el dibujo siguiente.



Como volver a montar todo el recipiente

Agarramos el recipiente por los agujeros para esto determinados y lo introducimos en la parte trasera de la mesa de instrumental siguiendo la flecha (hacia fuera). En caso de agarrar el recipiente de otra forma, hay peligro de lesiones de las manos y de verter la solución desinfectante del recipiente. Insertamos el recipiente de forma que no sobresalga de la parte trasera de la mesa y que se pueda cerrar la puerta. Al final cerramos la puerta de la mesa de instrumental.




4.3 Lugares con peligro de lesiones




Durante el trabajo (la exploración) es importante tener cuidado que la mesa de instrumental no colisione con otros objetos en el alrededor. Hay que tener cuidado sobre todo que no esté debajo de la pernera elevada de la silla ginecológica que al bajar podría deformarla irremediabilmente.

5 Obligatorio selección de accesorios

5.1 *Plástico Slip* (DB-GKB-067-12-03)



5.2 *Slip de metal* (DB-GKB-067-46)



5.3 Superficie de manipuleo de instrumentos (SB-GKB-067-52 Izquierda / SB-GKB-067-53 Derecha)


Sirve de superficie de manipuleo de instrumentos de examen, por ejemplo, instrumentos de histeroscopia, preparación de espejos ginecológicos, dispositivo intrauterino, etc.

La superficie de instrumentos dispone de una barrera segura que impida una caída casual de la posición inactiva hacia abajo.

La bandeja instrumental puede pedirse bajo el número 110GKB194000.




- Si no está aprovechando la superficie, recomendamos levantarla a la posición inactiva y depositar la bandeja a la superficie trasera de la Mesa de instrumentos.
- ¡La máxima carga posible de la superficie son 10 kg!
- ¡Trabaje con prudencia con los instrumentos colocados en la superficie para evitar la caída de los instrumentos al piso!



6 Accesorios adicionales

6.1 Cesto de alambre de acero no oxidable (110GKB067480)



6.2 Botella de cuello ancho con tapa (4BCMGKB0675100)

(100 ml, marrón)



6.3 Bandeja instrumental, acero inoxidable (110GKB194000)



6.4 Recipiente de acero inoxidable para los espejos (110GKB067440)

Se utiliza para el almacenamiento de espejos metálicos estériles en el recipiente para los espejos ginecológicos. El recipiente está puesto encima de una manta termo que lo calienta y así mantiene los espejos para la paciente en temperatura óptima para realizar el reconocimiento.



7 Mantenimiento


Hay que hacer una revisión anual regular del aparato médico.

7.1 Los parámetros técnicos básicos

Ancho	520 mm
Profundidad	600 mm
Altura	1125 mm
Peso	47 kg
Volumen del cubo delantero – derecho	13 l
Volumen del cubo delantero – izquierdo	18 l
Volumen del cesto trasero	18 l
La cantidad recomendada del líquido en el cubo trasero	9 l
Capacidad de carga del estante de medio	15 kg
Capacidad del estante para guardar los espejos	3 kg
La temperatura máxima de la almohadilla puede lograr (sólo el modelo SB-GKB-167)	aproximadamente 38°C + 10%
El tiempo de estabilizar la temperature del espacio para los espejos - Temperatura del ambiente: 24°C - Cantidad de los espejos metálicos: 5 - Lugar de medición: 10mm debajo del la tapa superior - Temperatura final: 38°C	cca 40min
Magnitud nominal del fusible de la unidad de control (100V-240V)	240 VAC, 1 A, T
Clase de protección	I
Grado de protección	IPX4
Frecuencia (100V-240V)	50/60 Hz

7.2 Etiquetas de serie con UDI

La etiqueta de serie contiene información sobre la dirección del fabricante, la fecha de fabricación (año-mes-día), el número de referencia del producto, el número de serie del producto, el número mundial de artículo comercial (GTIN), la identificación única para dispositivos (UDI), los símbolos, las especificaciones de peso y las especificaciones eléctricas.



Haga el favor de dirigirse con eventuales preguntas al representante autorizado o directamente al fabricante L I N E T spol. s r.o.

7.3 Limpieza y desinfección



• ¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo del accidente en consecuencia de un movimiento inesperado del sillón!



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de daños materiales en consecuencia de la limpieza/desinfección incorrecta!

- No utilice máquinas de lavar.
- No utilice máquinas de limpieza de presión ni de vapor.
- Proceda según las instrucciones y respete la dosificación recomendada por el fabricante.
- Compruebe que los desinfectantes sean seleccionados y utilizados solamente por expertos cualificados en higiene.
- **¡Durante la limpieza y desinfección tenga en cuenta los materiales usados! Las informaciones se encuentran en la tabla siguiente.**

Componentes de la tabla	Materiales utilizados
Estructura del marco, tiradores, puertas	Acero pintado
Tapas de bastidor, cestas	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Estante, espejo	Acero inoxidable
Deslizamientos, cesta	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Microteléfono recubierto de película	Polietileno (PE)
Laterales tapizados	Cloruro de polivinilo (PVC)
Soporte para bandejas	Acero pintado
Ruedas	Poliuretano (PUR) + Poliamida (PUR) + Polipropileno (PP)
Etiquetas	Tereftalato de polietileno (PET)

Para la limpieza segura y delicada:

- No utilice ácidos ni bases fuertes (el rango óptimo del pH es 6 - 8).
- Utilice solamente productos de limpieza que sean convenientes para la limpieza de equipos sanitarios.
- No utilice polvos abrasivos, lana de acero ni otros materiales de limpieza parecidos.
- Nunca utilice productos de limpieza cáusticos.
- Nunca utilice productos de limpieza que dejen sedimentos del carbonato de calcio.
- Nunca utilice productos de limpieza con diluyentes que puedan influir en la estructura y consistencia de los plásticos (benceno, tolueno, acetona, etc.).
- Limpie cuidadosamente las piezas eléctricas y déjelas secar completamente.
- Nunca sumerja la UCS en el agua ni la limpie con el vapor.

- Respete las directivas locales en cuanto al control de la infección.
- Trabajando con productos y desinfectantes, ¡evite el fuego!
- El cambio de color de la tapicería debido a la transferencia de pigmento de color de la ropa u otros productos que entren en contacto con la superficie (p. ej., pantalones vaqueros) no es signo de una calidad inferior de la polipiel y este cambio de color no puede reclamarse en concepto de garantía.
- Compruebe que todos los productos de limpieza estén aprobados:

Desinfección recomendada (desinfectantes de refregadura)		
RTU- productos para el uso directo sin diluir – spray o espuma, hay que refregar		
Sustancia eficaz	Modo del uso	Ejemplo del desinfectante
Amina, alcohol hasta 30%	aplicación por spray y refregadura	Incidin foam
Peróxido de hidrógeno	aplicación por spray y refregadura	Incidin OxyFoam S
Paños y servilletas		
CAC	refregadura	Sani cloth active
Peróxido de hidrógeno	refregadura	Incidin OxyWipe S
Amina, Alcohol hasta 30%	refregadura	Bacillol 30 tissues
Productos concentrados, destinados a diluir		
Sustancia eficaz	Concentración de la solución preparada del desinfectante	Ejemplo del desinfectante
Glucoprotamina	0,5%	Incidin plus
Amina, CAC	0,5-1%	Terralin protect
Oxígeno, CAC	1%	Desam OX
Oxígeno, CAC	1%	Incidin Oxydes
Amina, CAC	0,5%	Incidin pro
Amina, CAC	0,5%	Surfanios premium
Oxígeno	0,5%	Anios Oxy Floor
Oxígeno	1%	Incidin Active
Oxígeno	1%	Perform
¡ATENCIÓN! No utilizar desinfectantes con la sustancia eficaz: alcohol de más de 30%, cloro activo, yodo, aldehídos.		

7.4 Almacenaje

La cama de partos en el embalaje se puede exponer durante 15 semanas a las condiciones con los límites siguientes:

- **Operación:** 10°C – 40°C, 30% – 75%, 795 hPa – 1060 hPa
- **Almacenamiento y transporte:** -10°C – 50°C, 20% – 90% (sin condensación), 795 hPa – 1060 hPa



Después de desembalar y ajustar la silla en la locación del uso déjela aclimatar unas 2 horas.

7.5 Servicio y reparos

La garantía de este producto y sus condiciones dependen del acuerdo entre el comprador y el vendedor, además de la garantía mínima legal prevista por la ley.

Para todos los aparatos médicos producidos por la compañía L I N E T spol. s r.o. el explotador tiene que asegurar la realización de controles técnicos y de seguridad regulares conforme a las recomendaciones del productor, es decir una vez al año como mínimo, o siempre después de realizar un reparo de un aparato médico o una intervención al sistema eléctrico del aparato médico. La extensión detallada, parámetros y el modo de realización del control técnico y de seguridad están especificados en el manual de servicio del dado aparato médico.

En caso de cualquier discrepancia, contacte directamente al productor en la dirección abajo:

Dirección del productor:

L I N E T spol. s r.o.
Želečice 5
274 01 Slaný
República Checa

Tel.: +420 312 576 111
Fax: +420 312 522 668

Correo electrónico: info@linet.cz

<http://www.linet.com>

Departamento de servicio técnico: service@linetgroup.com

Para los reparos use solamente piezas originales de L I N E T spol. s r.o.. y servicios de los técnicos de servicio especialmente adiestrados, autorizados para reparaciones de productos de este tipo. Reparos inexpertos se calificarán como violación de condiciones de garantía y el productor así renuncia a la responsabilidad por otros posibles daños de este producto que resulten de aquella intervención inexperta.



- **Todas las inspecciones, seguridad y técnico servicio, debe ser realizado solamente con el técnico instruído por L I N E T spol. s r.o.**
- **Esquemas, listas de componentes, descripciones u otra información de ayuda del personal de servicio durante reparos de partes del producto que son según el productor reparables por el personal de servicio, las proveerá sobre demanda el productor**

8 Protección del medio ambiente

La sociedad L I N E T spol. s r.o. tiene consciencia de la importancia de la protección del medio ambiente para las futuras generaciones. Dentro del marco de la sociedad se aplica el sistema de gestión medioambiental que corresponde a la vigente norma internacional ISO 14001.

El cumplimiento de los requerimientos de esta norma se verifica cada año por la auditoría externa de parte de una sociedad autorizada. En base de la directiva No. 2002/96/CE (Directiva **WEEE** – de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), la sociedad LINET, s. r. o. está registrada en la **lista de fabricantes de equipos eléctricos** en el Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa.

Los materiales utilizados en este producto no son peligrosos para el medio ambiente. Los productos de la sociedad L I N E T spol. s r.o. cumplen los requerimientos de la legislación nacional y europea en las esferas **RoHS** y **REACH**, es decir, no contienen sustancias peligrosas en cantidades excesivas. Ninguna pieza de madera es de madera tropical (como caoba, palisandro, ébano, teca, etc.) ni de madera de la región del Amazonas o parecidas selvas lluviosas. El ruido del producto (nivel de la presión acústica) cumple los requerimientos de la protección de la salud pública de defectos indeseables del ruido y vibraciones en protegidos locales interiores de los. Los embalajes utilizados cumplen los requerimientos de la **ley de embalajes**.

En cuanto a la liquidación de los materiales de embalaje después de la instalación de los productos y la posibilidad de la devolución de los embalajes por medio de la compañía autorizada (la información más detallada se encuentra en **www.linnet.cz**), diríjase a su representante comercial o servicio al cliente del fabricante.

8.1 Liquidación

8.1.1. Dentro del marco de Europa

Liquidación de equipos eléctricos y electrónicos:

- Equipos eléctricos y electrónicos no se deben liquidar como basura comunal.
- Liquide este equipo en puestos de recogida determinados o en puntos de devolución.

Liquidación de otro equipo:

- El equipo no debe ser liquidado como basura comunal.
- Liquide este equipo en puestos de recogida determinados o en puntos de devolución.

La sociedad L I N E T spol. s r.o., está incluida en el sistema de recogida de residuos junto con la sociedad REMA, sistema que garantiza la devolución del producto utilizado.

Transportando los equipos eléctricos y electrónicos al punto de devolución se incorpora en el reciclaje y ahorra las materias primas originales, a la vez protege el medio ambiente del impacto de la liquidación no profesional.

8.1.2 Fuera de Europa

- ¡Realice la liquidación del producto o sus partes conforme a las leyes y reglamentos locales!
- ¡Encargue la liquidación del equipo a una firma autorizada para el tratamiento de residuos!

